社内検査成績表

メーカー ：　　型　　式 ：
製造番号 ：　　管理番号 ：
検知対象ガス ：
検 査 日 ：　　年　　月　　日　　検査担当 ：　　印

試験結果

基準ガス	ガス濃度	測定値	結果
メタン（CH_4）	%LEL	%LEL	
酸素（O_2）	vol%	vol%	
硫化水素（H_2S）	ppm	ppm	
一酸化炭素（CO）	ppm	ppm	

点検項目

No.	項　　目			結果
1	本体、吸引ポンプの外観異常(錆・カビ・亀裂等)			
2	吸引ホース、接続チューブ、充電器等付属品の外観異常			
3	異常表示が無いことを確認			
4	警報(ブザー音・ランプ点滅・振動)の作動確認			
5	メーカー点検　年　月より 1 年以内であることを確認			
6	付属品確認	収納ケース	1	
7		ガス検知器本体	1	
8		充電器・AC アダプター	1 式	
9		取扱説明書(ガス検知器)	1	
10 ★		吸引ポンプ	1	
11 ★		接続アダプター	1	
12 ★		接続チューブ	1	
13 ★		浮子式吸引チューブ(8m)	1	
14 ★		テーパーノズル	1	
15 ★		取扱説明書(吸引ポンプ)	1	
備考				

※基準ガスはメーカーの推奨するガスを使用しています。

※測定値の結果が『良』。点検項目 No.1～2 が『無』、No.3～5 が『済』、No.6～15 が『有』であれば合格とします。
　但し、NO.10★～15★はオプション部品につき『無』で合格の場合もあります。

理研通商株式会社
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 46 番 2 号
TEL : 072-827-9361　　FAX : 072-827-9366